

Västra Götalandsregionen

Regionservice

Läkemedelsnära produkter

Informationsbrev

2022-10-28

## Viktigt säkerhetsmeddelande angående Tandem t:slim X2 insulinpump

Säkerhetsmeddelandet är avsedd till dig som har förskrivit Tandem t:slim X2 insulinpump med mjukvaruversion 6.4.1 och 7.4.3 eller lägre. Tillverkaren har upptäckt ett problem som kan under vissa förutsättningar leda till risk för över- och underdosering eller att insulinpumpen stänger av sig. För att minimera dessa risker har en programvaruuppdatering tagits fram och alla användare uppmanas att uppdatera sin insulinpump.

Läkemedelsnära produkter kommer att skicka ut ett brev till alla berörda patienter som informerar om själva problemet men även hur din patient ska gå till väga för att uppgradera sin insulinpump.

För mer information se bifogad dokument från leverantören:

[Viktigt säkerhetsmeddelande tslim™ X2 insulinpump - Mjukvaruuppdatering tillgänglig - Patient](#)

[Viktigt säkerhetsmeddelande tslim™ X2 insulinpump - Mjukvaruuppdatering tillgänglig - Vårdgivare](#)

Med vänlig hälsning  
Läkemedelsnära produkter  
Område Diabetes