

Västra Götalandsregionen

Regionservice

Läkemedelsnära produkter

Informationsbrev

2022-10-20

Viktig information till dig som förskriver Infusionsset Std Mini Rythmic PN+ med artikelnummer 37344 och Infusionsaggregat luerlock Mini Rythmic PN+ med artikelnummer 37339 i Sesam LMN

Leverantören Micrel Medical Devices har meddelat att deras aggregat kommer att uppdateras med ett nytt pumpsegment. Förändringen kommer att göra det lättare för patienterna att sätta i aggregatet.

Berörd pump är Mini Rythmic PN+ och infusionsaggregatet Infusionsset Std Mini Rythmic PN+ som förskrivs via SesamLMN med artikelnummer 37344.

För att de nya aggregaten ska passa i pumpen så behöver batteriluckan på pumpen bytas ut till en ny modell av batterilucka.

Patienterna behöver under en övergångsperiod ha tillgång båda batteriluckorna då den nya luckan inte fungerar tillsammans med det gamla aggregatet.

Se bifogade dokument med information kring förändringen av aggregat.

[Viktig information angående Micrel Medical PN aggregat – Patient](#)

[Viktig information angående Micrel Medical PN aggregat – Vårdgivare](#)

Hjälpmedelscentralen kommer att skicka ut den nya batterilucka tillsammans med information till alla patienter som har en Mini Rythmic PN+ via hjälpmedelscentralen.

Vårdgivarna/förskrivare förväntas inte att vidta någon åtgärd utan denna information är för kännedom.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsnära produkter
Område Allmän sjukvård